

Individuelle Angabe der Messunsicherheit von Prüfmerkmalen

Beispielprotokoll (ohne Verknüpfung mit Messergebnissen)

Auswertung: Multi_Feature_Check_EP_VCMM_User_V6			
Prüfplan	C:\TEMP\VCMM_USER_PP und ERGEBNISSE\Multi_Feature_Check_EP_VCMM_User_V6		
Erstellt	25.02.2025 12:49		
Dauer	2 Minuten 58 Sekunden		
Iterationen	5		
Maschine	Prismo 12/18/7 eumetron ohne RT 212751		
Prüfmerkmal	Typ	Unsicherheit	
1.1.01_A1.SL1_ST1+A2.SL1_ST1	—	0,00175 mm	
1.1.02_U.LI2_ST5	—	0,00142 mm	
1.1.03_I.CI1-CI4_ST2+C.CI1-CI2_ST4	—	0,00149 mm	
1.2.01_U_ST5	▭	0,00199 mm	
1.2.02_F_ST4	▭	0,00277 mm	
1.3.01_A2_CI1_ST4	○	0,00299 mm	
1.3.02_H.CI1_ST4	○	0,00202 mm	
1.4.01_A2_ST4	⊗	0,00373 mm	•
1.4.02_A2.CI_ST4	⊗	0,00363 mm	
2.1.01_E_ST1 - F_ST1_Y	▣	0,00177 mm	
2.1.02_E_ST2 - F_ST4_Y	▣	0,00187 mm	
2.1.03_U_ST1 - V_ST1_X	▣	0,00288 mm	
2.1.04_F_ST4 - G_ST4_Y	▣	0,00300 mm	
2.1.05_B1.CI1_ST2 - B5.CI1_ST2_X	▣	0,00018 mm	
2.2.01_A2_ST4	∅	0,00377 mm	
2.2.02_H_ST4	∅	0,00375 mm	
2.2.03_A1.CI1_ST2	∅	0,00268 mm	
2.2.04_C.CI1_ST2	∅	0,00259 mm	